

Wysokie Mazowieckie, 26.7.2019 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Dostawa sprzętu dydaktycznego i laboratoryjnego oraz wyposażenia pracowni Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem*”, nr ref.: BI.272.6.2019

### **Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

#### **Pytanie:**

Zwracam się z następującym zapytaniem do zadania 4 – urządzenia laboratoryjne - poz. 5 - termostat

- 1) Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury od otoczenia do 100 st.C?
- 2) Czy dopuszcza się wymiary: 210 x 190 x 450 [mm]?
- 3) czy termostat będzie wykorzystywany do termostatowania próbek w łaźni?

#### **Odpowiedź:**

- 1) Ad. pytania w pkt 1: Tak.
- 2) Ad. pytania w pkt 2: Nie, wymiary mają być zgodne z przedstawionym opisem w Opisie Przedmiotu Zamówienia tj. 300 x 430 x 450 mm. Wymiary te podane zostały jako minimalne a więc mogą być większe.
- 3) Ad. pytania w pkt 3: Tak.

**STAROSTA**  
**Bogdan Zieliński**